エーブルスペーサー：取扱説明書



●「エーブルスペーサー」はクレメント･クラーク社（英国）から発売されているMDI（定量噴霧式吸入器）を吸入するための補助器具です。
●吸気速度が速すぎると音が鳴り、適正速度で吸うよう注意を促すホーン付です。
●吸入器（MDI）との接合部分はシリコンゴム製で、どのタイプの吸入器（MDI）でも使用出来るようになっています。
●エーブルスペーサー内部にMDIを収納可能なので、持ち運びに便利です。



【使用方法】

①MDIとエーブルスペーサーのマウスピースキャップをはずします。（図1）
※使用前にエーブルスペーサーの内部に何も入っていないことを確認して下さい。
②MDIの容器をよく振り、エーブルスペーサーに取り付けます。（図2）
③マウスピースをしっかりくわえ（マスクをしっかり顔にあて）、通常に息を吐いてからMDIを1パフ押し、ゆっくり吸入を行います。（図3･4） 吸気速度が速いと注意を促す音が鳴ります。注意音が鳴ったら、ゆっくり吸うよう注意しながら吸入を続けます。
※エーブルスペーサーは、1回に1パフ容量のスペーサーです。1回の処方に2パフ以上の吸入する場合は、1パフずつ吸入して下さい。
※エーブルスペーサー内に薬剤をパフしたら、すぐに吸入してください。
④次の吸入に移るまで、30秒以上間隔をあけます。（図5）
⑤薬剤の吸入回数に応じて、上記手順を繰り返します。
※薬剤の吸入回数については、医師の指示を必ず守って下さい。
⑥吸入が終わりましたら、エーブルスペーサーからMDIを取り外し、マウスピースキャップを取り付けます。エーブルスペーサー中間部を開け、MDIを中に入れて保管すると便利です。（図6）









【洗浄方法】

エーブルスペーサー内部に薬剤が固着するのを防ぐ為にも、1週間に1度は、下記の手順で洗浄してください。
①マウスピースキャップを外し、スペーサーを中間部から2つに分解します。（図7） マウスピースとワンウェイバルブは取り外さないで下さい。
②中性洗剤を入れたぬるま湯（体温と同じくらい）に入れ、手で軽く洗います。（図8）
③きれいなぬるま湯でゆすいだ後、水気を充分に振り落とし、 自然乾燥させます。布などでは拭かないで下さい。
④乾いたことを確認後、組み立てます。





【使用期間】

所定の手入れ･取り扱いの場合、使用期間は1年間です。



＜商品に関するお問い合わせ先＞
松吉医科器械株式会社
http://www.matsuyoshi.co.jp
TEL：03-5816-8805 FAX：03-5816-8825
受付時間 AM9：00～12：00/PM1：00～5：20（月～金）